

ACREDITACIÓN

H-79

2022-09-21
Revisión: 00

I	II		III	IV	VI			IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Humedad relativa	Higrómetros con clase de exactitud: $\geq 1\%$ H.R	Comparacion directa	11.3 % H.R. 33.1 % H.R. 54.3 % H.R. 75.3 % H.R. 84.0 % H.R.	0.38 0.58 0.82 1.1 1.2	% H.R.	0.35 0.56 0.81 1.1 1.2	Absoluta	

Lo anterior por conducto de los signatarios siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

Alan Castillo Hernández
 Erik López Silva
 Esaú Arellano Hernández
 Favian Mejía Jiménez
 Joel Elías Hernández Pérez
 Luis Javier Juárez Hernández
 Oscar Ismael Pérez Pérez
 Saul Morales García