

🕒 Laboratorio de Tiempo



Alcance de Calibración

Temporizador y cronómetros: 10 s a 86 400 s